



חטיבת בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

## תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:	2024/841	הזמנה מספר:	2023/0397
תאריך אישור תעודה:	29/05/2024	תאריך הוצאת תעודה:	29/05/2024
תאריך הדיגום: תאריך קבלת דגימה:	05/05/2024 05/05/2024 10:09	שם הדוגם: אלי עטר נעשה שימוש בשירותי הדיגום של המעבדה:	לא הדגימות הגיעו בקירור: כן
מקום הדיגום:	ישוב: רמת השרון מחוז תל אביב	לשכה:	תל אביב
מזמין בדיקה: הילה גיל תאגיד שרונים	פקס: כתובת: דוא"ל:	טלפון: אסישקין 5, ת.ד. 1088, רמת השרון 47210 hila@sharonim.org	050-6221319
סוגי בדיקה:	בדיקה למתכות ברשת	בדיקות נוספות:	אין

הדיגום בוצע לפי הנחיות לדיגום מים של משרד הבריאות ובהתאם לנוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

### דוח תוצאות

שיטת הבדיקה	שם מבצע/ תאריך <sup>3</sup>	תוצאות				MRL <sup>2</sup>	ריכוז מירבי מותר <sup>1</sup>	יחידות	שם פרמטר
		202405000155	202405000154	202405000153	202405000152				
		NW00068248 רחוב יהודה 4 רשת	NW00068247 רחוב רות 6 רשת	NW00015604 רחוב סולד פנת אילנות רשת	NW00015598 רחוב השפלה 1 רשת				
EPA 200.8 Metals	אנדרי שפירו	<MRL	<MRL	<MRL	<MRL	0.5	10	מקג/ל	עופרת
EPA 200.8 Metals	אנדרי שפירו	<MRL	<MRL	<MRL	<MRL	0.020	1.0	מג/ל	ברזל
EPA 200.8 Metals	אנדרי שפירו	<MRL	<MRL	<MRL	<MRL	0.010	1.4	מג/ל	נחושת

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.  
התוצאות מתייחסות לדיגימה כפי שהתקבלה במעבדה.  
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.  
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה  
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה



חטיבת בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 2 מתוך 2

הזמנה מספר: 2023/0397	תעודת בדיקה מספר: 2024/841
-----------------------	----------------------------

### המשך דוח תוצאות

שיטת הבדיקה	שם מבצע/ תאריך <sup>3</sup>	תוצאות	MRL <sup>2</sup>	ריכוז מירבי מותר <sup>1</sup>	יחידות	שם פרמטר
		202405000156				
		NW00068249 רחוב השומרון 9 רשת				
EPA 200.8 Metals	אנדרי שפירו	<MRL	0.5	10	מקג/ל	עופרת
EPA 200.8 Metals	אנדרי שפירו	<MRL	0.020	1.0	מג/ל	ברזל
EPA 200.8 Metals	אנדרי שפירו	<MRL	0.010	1.4	מג/ל	נחושת

1. הריכוז המרבי המותר - על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.

2. MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדתי

3. תאריך ביצוע הבדיקה יימסר על פי בקשת הלקוח

#### משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור  
על שם ד"ר א. פליכס  
ת.ד. 8255, תי"א, מיקוד 61082  
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

\*\*\* סוף תעודה \*\*\*

שם מאשר: אנדרי שפירו

תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה